

土木試験用電子はかり

アスファルト
セメント
骨材
コンクリート

試験練り用

ARX-60K

JIS規格準拠
JIS A1104

- 単位容積質量、実績率の試験に最適。
- 載せ台には耐久性に優れた材質と構造を採用。
- 大きく明るく見やすい蛍光表示。

ARX-60K
ひょう量 60kg
最小表示 10g
計量皿寸法 350×500mm

CG-30K CG-60K

JIS規格準拠
JIS A1104

- 試験練りの品質向上に。
- ウォーミングアップ不要。
- 表示器は使いやすい場所に設置可能。
- 音叉式センサならではの高精度、高耐久性。
- オプションでバッテリー駆動も可能。

CG-30K
ひょう量 30kg
最小表示 1g
計量皿寸法 320×360mm

CG-60K
ひょう量 60kg
最小表示 1g
計量皿寸法 320×360mm

比重測定用

HG-15K



JIS規格準拠
JIS A1110
JIS A1109
JIS A1135

- 床下秤量で細骨材、粗骨材の比重、吸水率試験に最適。
- 音叉式センサならではの高精度、高耐久性。
- ウォーミングアップ不要。
- オプションでバッテリー駆動も可能。

HG-15K
ひょう量 15kg
最小表示 0.1g
計量皿寸法 220×180mm



HGII-21K HGII-33K

HGII-21K
ひょう量 21kg
最小表示 0.1g
計量皿寸法 250×220mm

HGII-33K
ひょう量 33kg
最小表示 0.1g
計量皿寸法 250×220mm

HGII-2000 HGII-6000



JIS規格準拠
JIS A1109
JIS A1134

- 床下秤量で細骨材及び構造用軽量骨材の比重、吸水率試験に最適。
- ウォーミングアップ不要。
- オプションでバッテリー駆動も可能。

HGII-2000
ひょう量 2,000g
最小表示 0.01g
計量皿寸法 ϕ 170mm

HGII-6000
ひょう量 6,000g
最小表示 0.1g
計量皿寸法 220×180mm



DJ-610 DJ-6100

DJ-610
ひょう量 610g
最小表示 0.01g
計量皿寸法 ϕ 140mm

DJ-6100
ひょう量 6,100g
最小表示 0.1g
計量皿寸法 170×142mm